

**ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS
CERTIFICADO DE MARCADO CE FALSO**

Nº DE ALERTA: 2020-371	REFERENCIA PS/CV/CEL/4417
PRODUCTO Mascarillas	
FABRICANTE Wugang xiezhong Medical Equipment Co., Ltd; Shuyun East Road, Wugang industrial park, Shaoyang; Hunan province; 422400 China	
ASUNTO Detección en el mercado europeo de un certificado de marcado CE falso. Lo que se comunica a efectos de control de mercado.	
INFORMACIÓN ADICIONAL Datos del certificado CE falso: • Organismo Notificado y nº de identificación: TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197) • Número de certificado: DD 60132601 0002 • Fabricante: Wugang xiezhong Medical Equipment Co., Ltd; Shuyun East Road, Wugang industrial park, Shaoyang; Hunan province; 422400 China • Producto: Mascarillas • Fecha de emisión: 09 de mayo de 2020 • Fecha de caducidad: 09 de mayo de 2023 Ver información sobre productos sanitarios especialmente utilizados durante la COVID-19 que han sido detectados en el mercado y no cumplen la regulación: https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%e2%80%9119/informacion-sobre-productos-sanitarios-especialmente-utilizados-durante-la-covid-19-que-han-sido-detectados-en-el-mercado-y-no-cumplen-la-regulacion/	



**ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS
CERTIFICADO DE MARCADO CE FALSO**

Nº DE ALERTA: 2020-370	REFERENCIA PS/CV/RGA/4412
PRODUCTO Batas quirúrgicas estériles, packs quirúrgicos estériles, mascarillas y batas de aislamiento	
FABRICANTE LYNCMED MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD, Room 119, No. 1111, South Huha Rd, Chaoyang District 100022 Beijing, China.	
REPRESENTANTE AUTORIZADO SUNGO Certification Company Limited, 118 HIGH STREET, PURLEY RM101, MAPLE HOUSE CR8 2AD London	
ASUNTO Detección en el mercado europeo de un certificado de marcado CE falso. Lo que se comunica a efectos de control de mercado.	
INFORMACIÓN ADICIONAL Datos del certificado CE falso: • Organismo Notificado y nº de identificación: TÜV SÜD Product Service GmbH (0123) • Número de certificado: G2S.17.08.99730.003 • Fabricante: Lyncmed Medical Technology (Beijing) Co., Ltd. • Producto: Batas quirúrgicas estériles, packs quirúrgicos estériles, mascarillas y batas de aislamiento • Fecha de emisión: 20 diciembre 2017 • Fecha de caducidad: 19 diciembre 2022 Ver información sobre productos sanitarios especialmente utilizados durante la COVID-19 que han sido detectados en el mercado y no cumplen la regulación: https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-delcovid%e2%80%9119/informacion-sobre-productos-sanitarios-especialmente-utilizados-durante-lacovid-19-que-han-sido-detectados-en-el-mercado-y-no-cumplen-la-regulacion/	
DOCUMENTOS ADJUNTOS Certificado de marcado CE falso	



ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2020-369	REFERENCIA PS/CV/CEL/4409
PRODUCTOS Mascarilla quirúrgica	
FABRICANTE Tianchang Dongan Protective Equipment Co, Ltd. Hongmiao Village, Tiancha Road, Tianchang City, Anhui Province, China	
REPRESENTANTE AUTORIZADO CMC Medical Devices & Drugs S.L., C/ Horacio Lengo nº 18, 29006 Málaga, España	
ASUNTO Notificación de la detección en el mercado alemán de mascarillas quirúrgicas fabricadas por la empresa Tianchang Dongan Protective Equipment Co, Ltd, China en cuyo etiquetado no figuran los datos del representante autorizado, lote y caducidad. Lo que se comunica a efectos de control de mercado.	
INFORMACIÓN ADICIONAL Ver información sobre productos sanitarios especialmente utilizados durante la COVID-19 que han sido detectados en el mercado y no cumplen la regulación: https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%e2%80%9119/informacion-sobre-productos-sanitarios-especialmente-utilizados-durante-la-covid-19-que-han-sido-detectados-en-el-mercado-y-no-cumplen-la-regulacion/	



ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2020-368	REFERENCIA PS/CV/CEL/4407
PRODUCTOS Mascarilla quirúrgica desechable (estéril)	
FABRICANTE Luohe Shunkang Medical Supplies Co. Ltd, Yancheng district, Xindian town, Yanxiang road, Luohe, Henan Province, China.	
ASUNTO Notificación de la detección en la aduana de Reino Unido de mascarillas quirúrgicas desechables estériles fabricadas por la empresa Luohe Shunkang Medical Supplies Co. Ltd, China en cuyo etiquetado no figuran los datos del representante autorizado. Lo que se comunica a efectos de control de mercado.	
INFORMACIÓN ADICIONAL Ver información sobre productos sanitarios especialmente utilizados durante la COVID-19 que han sido detectados en el mercado y no cumplen la regulación: https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%e2%80%91/informacion-sobre-productos-sanitarios-especialmente-utilizados-durante-la-covid-19-que-han-sido-detectados-en-el-mercado-y-no-cumplen-la-regulacion/	

